

Yetiřkin Yarım Beden CPR Eđitim Maketi Teknik Őartname

1. CPR Manken Normal İnsan Bedeninin yarısı boyutlarındadır.
2. Maket üzerinde , kompresyon sayısını göstererek hızlı ve doğru geri bildirim sağlayan dijital CPR hız izleyicisi olmalıdır.
3. Maket içerisinde kompresyon sayısına duyarlı olarak kullanıcıya CPR' nın yeterli veya yetersizliğini gösteren ışık göstergesi bulunmalıdır.
4. Maket ile çene itme manevrası simule edebilmelidirler. Doğru manevra yapılırca göğüs şişmeli,Prosedür doğru bir şekilde uygulanmaz ise hava yoluna erişim engellenmeli ve göğüs şişmemelidir.
5. Suni Solunum verildiğinde göğüsün yükseldiđi gözlemlenebilir. Sağlık Bakanlığı teftiş ve denetimlerine uygundur.
6. Kendisine özel kutu içerisinde olmalıdır.
7. Temizlenmeye Uygun Plastik Ve Silikondan Yapılmış olmalıdır
8. Gerçeđe yakın CPR (KAC-kalp akciđer canlandırması) simülasyonuna uygun olmalıdır
9. CPR maketinde,suni solunum uygulaması esnasında hijyenik güvenliđi sağlayabilmek için ađızdan verilen havanın geri gelmesini önleyebilen subap bulunmalıdır.
10. Sağlık Bakanlığı teftiş ve denetimlerine uygun olmalıdır.